

## **AEPex, pros e cons**

P. Mastronardi

I potenziali uditivi, alla pari di altri parametri elettroencefalografici, sono stati proposti ed utilizzati per il monitoraggio del livello di coscienza o ipnosi durante anestesia generale. Purtroppo, però, anche questi segnali presentano limiti importanti che ne restringono i campi applicativi in maniera sensibile: risposte diverse per i farmaci impiegati in anestesia, insensibilità ad altre molecole e risposte quantistiche uguali pur in presenza dell'azione combinata di due o più molecole. Tutti questi aspetti sono presi in considerazione nel corso della presentazione al fine di inquadrare questo monitoraggio nell'ambito delle sue possibilità di impiego.